



Il/La sottoscritto/a con C.F. LDLGPP57B22L781U, per conto di MEDICAL DUE S.R.L., avente giusta delega da parte del Fabbricante o del Mandatario per l'inserimento dei dati - attraverso il sito internet del Ministero della Salute - dei dispositivi medici sotto riportati, ha convalidato le seguenti informazioni:

Progressivo di Sistema:393072 -- CND Z129080

Validato in Data: 16/03/2014

Nome commerciale e modello: HAND LOG - SUPPORTO MALLEABILE PER LA CHIRURGIA DELLA MANO

Codice attribuito dal fabbricante (identificativo catalogo): H-L

Ruolo dell'utente che ha inserito il DM: FABBRICANTE

Fabbricante: MEDICAL DUE S.R.L.

Classificazione CND: STRUMENTAZIONE VARIA PER ESPLORAZIONI

FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE

Nomenclatore GMDN completo: A device used to sustain/retain a patient's arm in a desired position. It is typically used during, e.g., surgical procedures, anaesthesia or donating blood. This device will often be considered an accessory to one or more generic device groups of parent devices. It is typically constructed of metal, plastic or wood and can be attached to, e.g., operating tables/examination tables/treatment chairs. Classificazione CE: Classe I non sterile e senza funzioni di misura

Allegati secondo cui è stato marcato il dispositivo: Allegato VII. Legame con altri DM: No

Elenco Certificati

N° certificato della marcatura CE: MED24042

Data Scadenza Certificato: 21/05/2016

Organismo Notificato Codice-Nome: 0476 - KIWA CERMET ITALIA S.P.A. (già CERMET SOC. CONS. A R. L.). Direttiva CE 2003/32: No

Documentazione Allegato. Etichetta: ETICHETTA HAND LOG.pdf

Dati Tecnici

Presenza Tessuti/Sostanze: No

Presenza Medicinali: No

I materiali prevalenti costituenti il confezionamento primario del DM necessitano di condizioni speciali di smaltimento: No

Sterile: No

Monouso: No

Modalità di pulizia/disinfezione: LAVAGGIO, DECONTAMINAZIONE E RISCACQUO

Metodi di sterilizzazione: Autoclave a vapore 134°

Latex - durante il processo di lavorazione il prodotto è venuto a contatto con molecole di lattice: No

Latex - il prodotto e il suo confezionamento sono privi di lattice: Si

Materiali costituenti il DM a diretto contatto con il Paziente

Materiale: SILICONE MEDICAL GRADE

Condizioni speciali di smaltimento: Si

Elenco Materiali del Confezionamento

CARTONE

